


Přehled léčebných center hyperbarické oxygenoterapie na území ČR, stav k 1. září 2019



Adresa	Telefon	Počet míst	Plnění Přetlak (MPa)	Předkomora	Monitorovací a technické vybavení	Provozní doba	Typ - výrobce
Nemocnice České Budějovice H, P Oddělení úrazové a plastické chirurgie Boženy Němcové 54 370 01 České Budějovice urazove@nemcb.cz karel_holub@seznam.cz	387 874 736 387 874 112	6 (1 ležící, 3 sedící)	vzduch 0,2 AHS	2 sedící s inhalací O ₂	EKG 1xUPV 1x defibrilátor, 3x lineární dávkovače, TV monitoring, klimatizace	7.00 - 15.00	Hipertech Turecko
RHB ústav Hostinné P Husitská 352 543 71 Hostinné hbot@ruhostinne.cz zub@ruhostinne.cz	499 404 827 499 404 848	6 (nebo 1 ležící + 3 sedící)	vzduch 0,2 AHS	2 sedící s inhalací O ₂	TV monitoring, přenos obrazu i zvuku do velína , ventilace, klimatizace, měření koncentrace O ₂ , CO ₂ , teploty	7.00 – 15.30 Po - Pá	HAUX - STARMED 200/2,2/XL6
Prajzko Hronov, a.s. H, P (8 km Nemocnice Náchod), soukromé sanatorium Husova 223 549 31 Hronov prajzko@prajzko.cz	A, N 777 273 339 605 287 597	2 komory 1 - místné (ležící)	kyslík 0,3	ne	EKG, TK neinvazivně, SpO ₂ , EEG; možnost sledovat až 32 funkcí	7.00 - 15.30 dle objednání	BLKS 301 M Rusko
Kübeck, s. r. o. H, P Hyperbarická komora, poradna pro potápěče – HBO _x Kladno, Vančurova 1548 272 59 Kladno areál Oblastní nemocnice Kladno, pavilón D info@hyperbarickakomora.cz burcalova@hyperbarickakomora.cz novotny@hyperbarickakomora.cz	A,R 312 606146 605 828 151	12 sedících nebo 2 ležící + 8 sedících	vzduch 0,55 AHS	2 sedící s inhalací O ₂	2x EKG, 1x SPO ₂ , 1x NIBP, 1x defibrilátor, 1x UPV , 1x kapnometrie, 2x odsávačka, televizní kamerový systém s přenosem obrazu a zvuku na řídící panel, větrací systém, možnost poslechu rozhlasu, měření teploty a kyslíku v komoře	24 hod. Po – Ne 7.00 - 16.00 604 565 666	HAUX – STARMED 2200/5,5/XL SRN

<p>Krajská nemocnice Liberec H,P ARO Husova 10 46001 Liberec</p> <p>ivana.zykova@nemlib.cz</p>	<p>A , N , R</p> <p>606025935 485312135 485312137</p>	<p>1 (ležící)</p>	<p>vzduch</p> <p>0,2</p>	<p>ne</p>	<p>EKG,NIBP, IBP,SpO₂, ETCO₂, 1x UPV, 2x lineární dávkače možnost poslouchat rádio či sledovat filmy</p>	<p>24 hod.</p> <p>7.00 - 15.30</p>	<p>Hipertech Turecko</p>
<p>Nestátní zdravotnické zařízení H,P Ambulance hyperbarické oxygenoterapie J. E. Purkyně 270/5 434 01 Most</p> <p>info@polytech.cz</p>	<p>A</p> <p>732 119 110 476 172 615</p>	<p>6 sedících nebo 3 sedící a 1 ležící</p>	<p>vzduch</p> <p>0,2 AHS</p>	<p>2 sedící s inhalací O₂</p>	<p>3-svodové EKG, TV monitoring</p>	<p>7.00 - 15.00</p> <p>Dr.Greguš A, N 476 172 265 777 900 730</p>	<p>HAUX – STARMED 2000 / 2,2 S SRN</p>
<p>Městská nemocnice Ostrava P Centrum hyperbarické medicíny Nemocniční 20 728 80 Ostrava</p> <p>michalhajek@email.cz michal.hajek@mnof.cz</p>	<p>A , R</p> <p>596 192 483</p>	<p>10 sedících nebo 2 ležící + 5 sedících</p>	<p>vzduch</p> <p>0,2 AHS</p>	<p>2 sedící s inhalací O₂</p>	<p>2 x EKG, 1x NIBP, 1xkapnometrie,1x IBP, 1x těl.teplota, 1x SpO₂,1xT_{cp}O₂, 1x UPV,3x lineární dávkač, 2xodsávačka, klimatizace, studená voda, televizní monitorovací systém; přenos obrazu a zvuku na řídicí stanoviště obsluhy</p>	<p>24 hod.</p> <p>6.30 - 15.00</p> <p>mimo tuto dobu</p> <p>596 193 901 596 193 902 596 192 484</p>	<p>prototyp r. 1965 Vítkovické železárný a strojírny</p> <p>Modernizace 1994 a 2008 (Haux)</p>
<p>Nemocnice Pardubice H Centrum hyperbarické medicíny Kyjevská 44 532 03 Pardubice</p> <p>jhajekj@seznam.cz</p>	<p>466 019 430</p>	<p>2 komory 1 - místné (ležící)</p>	<p>kyslík</p> <p>0,3</p>	<p>ne</p>	<p>ne</p>	<p>7.30 - 16.00</p>	<p>BLKS 301 M Rusko</p>

<p>Fakultní nemocnice Plzeň H, P Oddělení klinické farmakologie E. Beneše 13 305 99 Plzeň – Bory</p> <p>poklopova@fnplzen.cz suchyd@fnplzen.cz bicanovah@fnplzen.cz milada.emmerova@outlook.cz</p>	<p>377 402 645 377 402 988 377 401 111 377 402 239 377 402 960</p>	<p>2 (1 ležící, 1 sedící)</p>	<p>vzduch 0,3</p>	<p>ne</p>	<p>TV monitoring a přenos zvuku na řídící jednotku, větrací systém a klimatizace, možnost poslechu rozhlasu</p>	<p>7.00 - 18.00</p>	<p>Škoda - ZJS Plzeň - Bolevec</p>
<p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze P MUDr. Svobodová Silvie IV. Interní klinika U nemocnice 2 128 08 Praha 2 - Nové Město</p> <p>cervena.silvie@seznam.cz</p>	<p>224 962 515 224 962 872</p>	<p>2 (1 ležící, 1 sedící)</p>	<p>Vzduch 0,2 AHS</p>	<p>1 sedící</p>	<p>kamerový systém s přenosem obrazu a zvuku na řídící panel, větrací systém a chlazení, Intercom, možnost poslechu rozhlasu měření teploty a kyslíku v komoře</p>	<p>7.00 - 15.30</p>	<p>DK - 2 Vítkovické železárný a strojírny</p>
<p>Nemocnice Na Homolce Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Roentgenova 2 151 19 Praha 5 – Motol</p> <p>tomas.hyanek@gmail.com</p>	<p>257 272 327 257 272 247 257 272 218</p>	<p>1 (ležící)</p>	<p>Vzduch 0,2</p>	<p>ne</p>	<p>přenos zvuku na řídící panel, větrací systém a chlazení 1 x EKG, 1xNIBP, 1x IBP, 1x těl. teplota, 1x SpO₂, 1xTcPO₂, 1x UPV, 2xlineární dávkovač, možnost poslechu rozhlasu, měření teploty a kyslíku</p>	<p>24 hod.</p>	<p>HAUX SRN 2014</p>
<p>Ústav leteckého zdravotnictví H, P Gen. Píky 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice</p> <p>Hyperbarická komora je umístěna v areálu Ústřední vojenské nemocnice.</p> <p>petrdosel@atlas.cz oniscenko@ulz.cz</p>	<p>A 973 208 126 725 428 827</p>	<p>5 sedících</p>	<p>vzduch 0,8 AHS</p>	<p>2 sedící s inhalací O₂</p>	<p>televizní monitorovací systém, přenos obrazu a zvuku na řídící stanoviště obsluhy</p>	<p>7.00 – 15.30</p>	<p>ČKD - Praha</p>

<p>ALMEDEA s r.o. H, P (500 m Masarykova nem.) MUDr. Kriška P. a MUDr. Krišková Z. Hyperbarická oxygenoterapie Mezní 19 400 01 Ústí nad Labem</p> <p>almedea@centrum.cz</p>	<p>A, N, R</p> <p>775 366 036 608 712 245</p>	<p>16 sedících nebo 4 ležících</p> <p>(2 x 8 míst, společná předkomora)</p>	<p>vzduch</p> <p>0,55 AHS</p>	<p>2 sedící s inhalací O₂</p>	<p>Monitor (moduly EKG, NIBP, CO₂, T, IP, 2x SpO₂) Monitor COHB, UPV – Oxylog BW, Defibrilátor. Lineární dávkovač 2x Odsávačka Klimatizace. Plazmová sterilizace Televizní monitor. systém, přenos a záznam obrazu a zvuku na řídicí pult operátora</p>	<p>24 hod.</p> <p>7.00- 15.30</p> <p>mimo tuto dobu</p> <p>775 366 036</p>	<p>HAUX – STARMED 2500/ 5,5/ SC3 SRN</p> <p>2010</p>
--	---	---	--	--	--	--	--

Poznámka: **A, N, R** - možnost komunikace v angličtině, němčině, ruštině, **AHS** - automatický hasicí systém, **H** - heliport v dosahu komory
P - personál obsluhující barokomoru je znalý zdravotní problematiky potápění

Vypracovali: Ivo Němec, dr.Michal Hájek
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP